



UNIONE EUROPEA



LICEO CLASSICO STATALE "P. GALLUPPI"

Tel. : 0961/726344

E-mail: czpc060004@istruzione.it - Sito web: www.liceoclassicogalluppi.edu.it

C.F.: 80003960798 – Codice meccanografico: CZPC060004 Via A.De Gasperi. 76 - 88100 CATANZARO



REGIONE CALABRIA



MIUR

Al Personale in elenco

Ai lavoratori del Liceo Classico P.Galluppi

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza –Sig. Stefanelli Andrea

e. pc. . Al RSPP Sig. Cubello Francesco

Al Direttore SGA

All'Albo della Sicurezza

All'Albo – Sito web d'Istituto

Circolare n.15

Oggetto: Nomina incaricati addetti all'uso del defibrillatore a.s. 2023-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.Lgs. 81/08 e Il D.M. 10/03/98;

SENTITO il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come prescritto all'art. 50 del D.Lgs. 81/08,

VERIFICATO

- che la collocazione del DAE presso il Liceo Classico P. Galluppi ne garantisce la piena disponibilità e la facilità di accesso;
- la presenza del cartello di segnalazione del posto in cui è posizionato il defibrillatore;
- la formazione specifica ricevuta - Corso BLS/D presso il nostro Istituto in data 31/05/2022 dall'Associazione **PROCIV/AGUSTUS di Vibo Valentia**

DESIGNA

quali **Addetti all'uso ed alla manutenzione del defibrillatore** in dotazione all'Istituzione scolastica dei dipendenti di seguito elencati:

11) ZAMPETTI POMPEA

- 1) ETTORRE LOREDANA
- 2) FROIO VITTORIO
- 3) GIGLIOTTI SALVATORE
- 4) LAFACE ANTONIO
- 5) MATTEO KATIUSCIA
- 6) PAONESSA ELISABETTA
- 7) PUCCIO ANTONELLA
- 8) RAIONE ANTONIO
- 9) STEFANELLI ANDREA
- 10) TOMAINO FIORELLA

Si precisa che i compiti relativi a tale incarico sono i seguenti:

Tenere in efficienza operativa il DAE di competenza in conformità e manutenzione che qui di seguito si specificano:

a. Controlli e manutenzione giornaliera:

- Assenza di segnali di malfunzionamento (es. spia rossa, allarme sonoro);
- Presenza di spia lampeggiante verde;

b. Controlli e manutenzione settimanali:

- Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori;
- Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In tal caso informare immediatamente il Datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza;
- Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della data di scadenza, informare immediatamente il Datore di lavoro per la sollecita sostituzione.

c. Controlli e manutenzione mensili:

- Esecuzione autotest manuale;
- Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo, informare immediatamente il Datore di lavoro per la reintegrazione;

Controllo della presenza di:

- almeno n. 2 pocket mask;
- forbici taglia abiti;
- almeno n. 2 rasoi;
- almeno n. 5 confezioni di garze non sterili;
- almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

In caso di soccorso compito dell'Addetto all'uso del defibrillatore sarà di:

- attuare le misure di soccorso in conformità alla formazione ricevuta come da attestato di formazione

Si ricorda che nell'ambito delle attribuzioni conferite, i componenti del Servizio Gestione Emergenze, opereranno nel rispetto della vigente normativa, in particolare, le SS.LL. sono tenute al segreto, in ordine alle situazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni svolte.

Nel confermare la piena disponibilità della scrivente ad eventuali chiarimenti, si segnala che è possibile visionare il video tutorial all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=E-ZbBgsUz30> illustrante le attività di verifica periodica dei defibrillatori di cui sopra.

Gli addetti individuati, ove non formati, frequenteranno i previsti corsi di formazione.

Segue elenco firme di tutti i lavoratori per presa visione ed accettazione d'Incarico.

Per conferma dell'avvenuta informazione

Segue elenco firme di tutti i lavoratori per presa visione ed accettazione d'Incarico.

Il Dirigente Scolastico
Rosetta Falbo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93